

Herstellerinformation KW 51/2022

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

- Feldgerät
 Signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige-/Bedienkomponente
 Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** VEGABAR 19 **Typ:** 2-Leiter

2. Software

Bisherige Softwareversion:

	2
--	---

 .

	0
--	---

 .

	0
--	---

 vom Januar 2020
 Neue Softwareversion:

	2
--	---

 .

	0
--	---

 .

	1
--	---

 vom Dezember 2022

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Softwareanpassung für alternatives Bauteil zur Temperaturmessung

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

	1
--	---

 .

	0
--	---

 .

	1
--	---

 vom Januar 2020
 Neue Hardwareversion:

	1
--	---

 .

	0
--	---

 .

	2
--	---

 vom Dezember 2022

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Bauteiländerung auf Grund von Bauteilverfügbarkeit

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Ein Software-Updates ist durch den Kunden nicht möglich.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom
VEGABAR 19		

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
VEGABAR 19	55576-DE-220314	14.03.2022

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.12.2022

Datum

i. V. Thomas Jule

Unterschrift